

Produktbroschüre

04.09.2026

KERN CM 320-1N

Taschenwaage mit integriertem Taschenrechner

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

+49 7433 9933-0
info@kern-sohn.com
www.kern-sohn.com

MERKMALE

- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Klappdeckel als Druck- und Staubschutz
- Robust, handlich, gut geschützt
- Integrierter Taschenrechner

TECHNISCHE DATEN

- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
- Startbereit: Batterien inklusive, 2×1.5 V AAA, Betriebsdauer bis zu 33 h
- Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 70×80 mm
- Gesamtabmessungen B×T×H 85×130×25 mm
- Nettogewicht ca. 0,25 kg
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Schmuck- und Edelmetallprüfung
- Labore
- Ausbildung
- Schulen
- Leute, die Sammeln z. B. Münzen und Edelsteine
- Lebensmittel und Gewürze

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Reproduzierbarkeit	Linearität	Abmessungen Wägefläche
CM 60-2N	60 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	70×80 mm
CM 150-1N	150 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm
CM 320-1N	320 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	70×80 mm

Modell	Wägebereich [Max]	Ablesbarkeit [d]	Reproduzierbarkeit	Linearität	Abmessungen Wägefläche
CM 1K1N	1000 g	1 g	1 g	± 2 g	70×80 mm

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
315-408-405	Safety Set 315-408-405, enthaltene Gewichte 20 g (M1); 200 g (M1)
366-92	Prüfgewicht 366-92 (OIML-Klasse M3, Nennwert 200 g, Zylinder, Gusseisen lackiert)

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-247	Justage auf Aufstellungsort 961-247 (Nicht in Verbindung mit Eichung)
963-127	DAkkS-Kalibrierschein 963-127
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517
970-011	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-011

KERN Piktogramm-Übersicht



Externe Justage: Einstellen der Genauigkeit durch externes Justiergewicht



Einheiten umschaltbar z. B. auf nicht-metrische Einheiten



Batterie-Betrieb: Für Batterie-Betrieb vorbereitet



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Akkreditierte Kalibrierung (DKD): Die Dauer der akkreditierten Kalibrierung beträgt 3 Arbeitstage