


Produktbroschüre

10.08.2026

SAUTER CS 5000-3Q1

6-Leiter "S"-Messzelle aus vernickeltem Stahl für Kraft- und Massemessung

DEUTSCH



KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

☎ +49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

ANWENDUNGSBEISPIEL



MERKMALE

- Anwendungsgebiet: für Zug- und Druckkraftmessungen
- Geeignet für Hängewaagen, Trichterwaagen und andere Wiegevorrichtungen sowie Kraftmessungen und Prüfstände

HAUPTANWENDUNGSBEREICHE

- Maschinen- und Anlagenbau
- Prüftechnik und Materialprüfung
- Fördertechnik und Logistik
- Behälter- und Siloverwiegung
- Medizintechnik und Forschung

PIKTOGRAMME

Standard



Option



MODELLÜBERSICHT

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CS 50-3Q1	50 kg	500 N
CS 100-3Q1	100 kg	1 kN
CS 150-3Q1	150 kg	1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg	2 kN
CS 300-3Q1	300 kg	3 kN
CS 500-3Q1	500 kg	5 kN
CS 750-3Q1	750 kg	7,5 kN

Modell	Wägebereich [Max]	Messbereich [Max]
CS 1000-3Q1	1000 kg	10 kN
CS 1500-3Q1	1500 kg	15 kN
CS 2000-3Q1	2000 kg	20 kN
CS 3000-3Q1	3000 kg	30 kN
CS 5000-3Q1	5000 kg	50 kN
CS 6000-3Q1	6000 kg	60 kN

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
CE Q24	Zugvorrichtung CE Q24
CE R24	Gelenkkopf CE R24
CE RR24	Gelenkkopf CE RR24
FS 406	Stecker für FS Messzelle montiert & justiert bis 50 kN FS 406
YKV-01	Digitaler Wägetransmitter YKV-01

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
961-165	Werkskalibrierschein 961-165 (Kraftrichtung Zug 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-165V	Werkskalibrierschein 961-165V (Zug mV/V)
961-265	Werkskalibrierschein 961-265 (Kraftrichtung Druck 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-265V	Werkskalibrierschein 961-265V (Druck mV/V)
961-365	Werkskalibrierschein 961-365 (Kraftrichtung Zug, Druck 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren KERN)
961-365V	Werkskalibrierschein 961-365V (Zug, Druck mV/V)
963-165	DAkKS-Kalibrierschein 963-165 (Kraftrichtung Zug 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-265	DAkKS-Kalibrierschein 963-265 (Kraftrichtung Druck 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
963-365	DAkKS-Kalibrierschein 963-365 (Kraftrichtung Zug, Druck 21 kN – 50 kN Einheit Messergebnis N Kalibrierverfahren DKD-R 3-3 - Ablauf A)
970-016	Garantieverlängerung (+3 Jahre) 970-016

KERN Piktogramm-Übersicht



Staub- und Spritzwasserschutz IP67



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag



Werkskalibrierung (ISO): Die Dauer der Werkskalibrierung beträgt 4 Arbeitstage